

7 Criteri di accettazione

Se uno o più controlli di cui ai punti 6.1 e 6.2 danno esito negativo ed in particolare se per ciascuna misurazione effettuata l'errore non è compreso tra il -5 per mille e il +5 per mille, in classe di accuratezza 0,5 per, la verifica ha avuto esito negativo. In particolare se l'errore riscontrato durante la prova con l'intervento del dispositivo di disaerazione non è compreso nell'intervallo di accettazione la verifica ha avuto esito negativo.

8 Prove o controlli con esito positivo


Al termine della verifica periodica conclusasi con esito positivo il responsabile delle operazioni di verifica (Responsabile Tecnico o Ispettore dell'Organismo di Ispezione) ripristina i sigilli eventualmente rimossi in precedenza durante le operazioni di manutenzione dagli operatori preposti, come riportato sul libretto metrologico, e quelli rimossi in caso di intervento di riparazione contestuale alle operazioni di verifica, apponendovi i propri, compila in duplice copia il rapporto di prova. L'operatore provvede alla compilazione del libretto metrologico fornendone uno nuovo senza onere per il cliente nel caso in cui le pagine disponibili siano terminate. Le operazioni si concludono con l'apposizione del tagliando verde su cui è indicata la data di scadenza della verifica periodica (Allegato IV DM 93/2017).

VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1	XXXX	7
2		8
3	RM ★ 280	9
4		10
5		11
6		12

CONTRASSEGNO DI VERIFICA PERIODICA

Di tipo adesivo autodistruggente (come previsto all'art.4 comma 5 lettera a del Decreto 18 gennaio 2011 n.32 e successivamente dall'Allegato VI punto 1 del Decreto 21 aprile 2017 n.93)

**Dimensioni contrassegno ≥
40x40mm**



SIGILLO LABORATORIO METRICO GEDI
Di tipo impresso su punzone o inserito in pinza
 La circonferenza contenente l'impronta è stata disegnata a solo titolo di esempio, in quanto la stessa è generata dal profilo sul quale è ricavata l'impronta.
 Le dimensioni del disegno sono puramente indicative, l'impronta è realizzata nelle dimensioni idonee e compatibili con le pasticche deformabili da imprimere.

SIGILLO LABORATORIO METRICO GEDI
 Di tipo adesivo autodistruggente
Dimensioni contrassegno: 12,5x40mm



9 Prove o controlli con esito negativo

Nel caso in cui la verifica del rispetto degli errori massimi tollerati non dia esito positivo anche solo per una delle erogazioni effettuate la prova deve ritenersi **non superata**.

Nel caso in cui la verifica del rispetto degli errori massimi tollerati dia esito negativo per l'erogazione effettuata con l'intervento del dispositivo di disaerazione la prova deve ritenersi **non superata**.

Terminata l'attività di verifica, qualunque sia stato l'esito, l'ispettore registra le misure effettuate sul rapporto di prova.

Se al termine delle operazioni anche uno solo dei controlli previsti ha avuto esito negativo l'ispettore dell'Organismo provvede ad informare l'utente dell'esito negativo della verifica e compila in duplice copia il rapporto di prova. L'ispettore provvede altresì alla compilazione del libretto metrologico fornendone uno nuovo senza onere per il cliente nel caso non vi siano pagine disponibili. Le operazioni si concludono con l'apposizione del tagliando rosso indicante l'esito negativo del sistema di misura previsto dall'allegato VI punto 2 del Decreto 21 aprile 2017 n.93.



**TAGLIANDO
ATTESTANTE L'ESITO
NEGATIVO**

(Allegato VI punto 2 del Decreto
21 aprile 2017 n.93)

Dimensioni contrassegno
≥20x20 mm